

Biofeedback Xpert Systemvoraussetzungen

CF51208, Juli 2019

Computer

- > Prozessor: Intel i5 oder AMD-Äquivalent
- > Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
- > Grafik: Dedizierte Grafikkarte mit 1GB VRAM (nicht RAM)
- > Audio: Windows-kompatible Soundkarte mit Lautsprechern bzw. Kopfhörern
- > Festplatte: 5 GB Speicherplatz
- > DVD-Laufwerk
- > Maus, Tastatur
- > Monitor
- > Ein freier USB-Anschluss (mindestens USB2.0) für den DONGLE
- > Ein freier USB-Anschluss (mindestens USB2.0) für Markerkabel oder zur Steuerung eines externen Gerätes (nur falls vorhanden)
- > Betriebssystem: Windows 7, Windows 8, Windows 10

Sicherheitseinrichtungen

Falls das Biofeedback im Bereich des Gesundheitswesens eingesetzt wird, kann die Verwendung folgender Geräte vorgeschrieben sein:

- > Trenntransformator für die Medizintechnik gemäß EN 60601
- > Galvanische Netzwerktrennung (Medical Network Insulation) gemäß EN60601 (bei Anschluss des Computers an ein Datennetzwerk)

Bitte erkundigen Sie sich beim Sicherheitsbeauftragten Ihres Hauses.

Produkte der Firma SCHUHFRIED GmbH werden gemäß den Anforderungen der EU Richtlinie 93/42/EWG entwickelt und produziert. Mit dem CE-Zeichen wird bestätigt, dass sowohl die sicherheitstechnischen Vorschriften, die EMV-Richtlinien, Bio-Verträglichkeitsrichtlinien, produktspezifische Vorschriften und das zugrunde liegende Qualitätsmanagement eingehalten werden. Bitte nehmen Sie vor der Neuanschaffung von Geräten Kontakt mit uns auf, damit wir Sie optimal beraten können.

Bitte nehmen Sie vor der Neuanschaffung von Geräten Kontakt mit uns auf, damit wir Sie optimal beraten können.